nox medical

NOX-CANAF-0120

Lunette nasale Nox à filtre



Poser la lunette nasale comme indiqué sur les schémas ci-dessus.
Les embouts nasaux doivent être dirigés vers le bas à l'intérieur des narines (voir schéma 1).

- Taille adulte - 1 unité
- Raccord de pression Nox
- Longueur totale : 90 cm / 35 pouces
- À usage unique, jetable
- Propre, prêt à l'emploi
- Avertissement : Ne pas stériliser.

Stockage : -25°C à +70°C (-13°F à +158°F)
Utilisation : +5°C à +50°C (+41°F à +122°F)

Information relative aux matériaux :
- Embouts nasaux : PVC (plastisol, PVC liquide)
- Tube : FPVC
- Connecteur de tube de filtration: PTFE, TPU, PP
- Raccord Luer-lock : ABS

Déchets : Respecter les consignes des autorités locales en matière de collecte ou de recyclage de ce dispositif.

Test

(01)15694311110231
(11)200430
(10)042016N56

CE 2797

www.noxmedical.com/ifu

LOT 042016N56

2020-04-30

Fabriqué pour :
Nox Medical
Katrinartuni 2
IS-105 RVK
Islande

Avertissement : L'utilisation d'une même lunette nasale par plus d'un seul patient présente un risque d'infection croisée.
Comme pour tout autre matériel médical, connectez les câbles avec précision et précaution, et veillez à ce que les fils ne puissent pas entraîner d'étranglement ou d'enchevêtrement.
Remarque : La lunette est validée pour mesurer un signal de flux respiratoire de haute qualité pour le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil. Utiliser une lunette qui n'a pas été validée à cette fin peut entraîner une perte de qualité du signal et une perte de fiabilité du système.
Mise en garde : La loi fédérale des États-Unis limite la vente de ce dispositif à ou à la demande d'un médecin.

Pour plus d'informations sur les distributeurs : www.noxmedical.com
Assemblé au Mexique